

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL REGIONAL (PME R)  
BIDANG MIKROBIOLOGI MIKROSKOPIS BTA  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2022**

**1. Bahan Kontrol**

Bahan kontrol PME-R Mikroskopis BTA yang dikirim adalah satu paket sediaan BTA yang terdiri dari 10 sediaan yang sudah diwarnai dengan pewarna Ziehl Neelsen. Perhatikan petunjuk pelaksanaan dengan seksama agar memperoleh hasil yang baik dan benar. Sebelum dilakukan pemeriksaan periksa terlebih dahulu kondisi seluruh sediaan kemudian isi formulir tanda terima dan segera informasikan dengan mengirim formulir tersebut melalui email [labkes\\_jateng@yahoo.co.id](mailto:labkes_jateng@yahoo.co.id)

**2. Pelaksanaan pemeriksaan .**

- a. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metode pemeriksaan secara mikroskopis BTA menurut WHO dengan skala IUAT-LD
- a. Tanggal pelaksanaan pemeriksaan 29 - 30 Juni 2022. Lakukan pembacaan sediaan di bawah mikroskop pada garis tengah dari sisi kiri ke kanan atau sebaliknya sampai mencapai 100 LAP

**3. Pengisian Formulir Hasil Pemeriksaan.**

Formulir hasil pemeriksaan harap diisi dengan seksama dan mudah dibaca untuk menghindari kekeliruan.

Cara pengisian Formulir

- a. Diisi terlebih dahulu nama laboratorium peserta , nomer laboratorium peserta (tertera pada etiket kotak sediaan), tanggal terima dan tanggal pemeriksaan serta tanggal kirim hasil pemeriksaan.
- b. Isilah kolom 2 dengan nomer Kode sediaan yang terdapat pada masing - masing sediaan.
- c. Isilah kolom 3 dengan hasil pemeriksaan peserta dengan berpedoman pada skala IUAT-LD.
  - Tidak ditemukan BTA dalam 100 LAP ditulis NEGATIP
  - Ditemukan 1-9 BTA dalam 100 LAP ditulis Scanty dan tulis jumlah BTA nya
  - Ditemukan 10 -99 BTA dalam 100 LAP ditulis 1+
  - Ditemukan 1-10 BTA setiap 1 LAP (pemeriksaan minimal 50 LAP) ditulis 2 +
  - Ditemukan > 10 BTA dalam 1 LAP (pemeriksaan minimal 20 LAP) ditulis 3 +
4. Bubuhkan tandatangan serta nama penanggungjawab laboratorium serta stempel institusi .

**4. Hasil pemeriksaan harap segera dikirim ke**

**Sekretariat Pemantapan Mutu Eksternal Regional (PME-R)  
Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa  
Tengah Jl.Soekarno – Hatta No.185 Semarang 50196  
Telp. (024) 6710662 Fax (024) 6715241  
email : [labkes\\_jateng@yahoo.co.id](mailto:labkes_jateng@yahoo.co.id)  
Kontak Person Luthfi Agustina, S.Gz Hp. 081391709493  
Paling lambat tanggal : 14 Juli 2022**

5. Setelah selesai kami lakukan pengolahan data akan segera kami berikan hasilnya ke laboratorium peserta bersama sertifikat, yang kami jadwalkan mulai tanggal 1 Agustus 2022

6. Kriteria kelulusan

Peserta dinyatakan LULUS jika nilai minimal 80 dan tidak ada PPT / NPT

7. Kriteria penilaian

HASIL STANDAR	HASIL PEMBACAAN PESERTA				
	0	1-9 /100 LP	1+	2+	3+
0	Benar	PPR	PPT	PPT	PPT
1-9 /100 LP	NPR	Benar	Benar	KH	KH
1+	NPT	Benar	Benar	Benar	KH
2+	NPT	KH	Benar	Benar	Benar
3+	NPT	KH	KH	Benar	Benar

Keterangan :

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1) Benar ( tidak ada kesalahan ) | : Nilai 10 |
| 2) KH ( Kesalahan Hitung )       | : Nilai 5  |
| 3) PPR ( Positip Palsu Rendah )  | : Nilai 5  |
| 4) NPR ( Negatip Palsu Rendah )  | : Nilai 5  |
| 5) PPT ( Positip Palsu Tinggi )  | : Nilai 0  |
| 6) NPT ( Negatip Palsu Tinggi )  | : Nilai 0  |

8. Bila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person :

- Berkaitan dengan IT kepada Bp Ali Muhtarom melalui telp, atau WA Nomer Telp : 0816658838
- Berkaitan dengan teknis pemeriksaan kepada Bp Jimanto , SKM melalui Telp, WA No Hp : 081325729807

Semarang , 18 Juni 2022

KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN  
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



*[Signature]*  
SUKAMTO, SKM, M.Kes

Pembina TK I

NIP. 19630730 198911 2 002